

D024613



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : MED-11
 Výrobce : CHIRONAX
 Zákazník : FENOMOVOC
 WEDUCH - OP

Třída, kategorie : /
 Výrobní číslo : 011025319

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola : ano ne
 Kabely a příslušenství : vyhovuje nevyhovuje
 Test funkce : vyhovuje nevyhovuje
 Zjištění závady : ano ne
 Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče		0,24	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 20.12.06

Datum příští kontroly : 12/07

Měření provedl : WIKI KUKA

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno