

D 057 003



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

**Protokol o preventivní prohlídce.**

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : VICTORIA  
 Výrobce : CHETACON  
 Zákazník : FAN OŠKOVIC  
 WČOCH - p. n. c.

Třída, kategorie : II  
 Výrobní číslo : 05040976

**Prohlídka přístroje**

Vizuální kontrola : ano ne  
 Kabely a příslušenství : vyhovuje nevyhovuje  
 Test funkce : vyhovuje nevyhovuje  
 Zjištění závady : ano ne  
 Popis závad

**Elektrická měření -**

z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

**vyhovuje** - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř.	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče			0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 20.11.06  
 Datum příští kontroly : 12/07  
 Měření provedl : WČOCH - p. n. c.

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno