



Protokol PBTk (periodická bezpečnostní technická kontrola)
Protokol KEZP (kontrola elektrická zdravotnického přístroje)

Dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a
 dle ČSN EN 60601-1, ČSN 332140, dop. ČES 330395

protokol číslo: LJ 07/001
 k výkazu práce č.: 292909

Provozovatel: FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc	Oddělení: KÚČOCH
---	------------------

Číslo smluvní	Název přístroje	Výrobní číslo	Typ	Inventární číslo
-----	Rtg zubní intraorální	IXRF 061842	Planmeca Intra	C006 164-000
-----	PC+monitor s přísl.	63396105	FLEX SCAN M1700	

1. PBTk

Poř. č.	Popis provedeného úkonu	stav
1.1	Prohlídka přístroje-vizuální kontrola	vyhovuje
1.2	Kontrola mechanických částí a krytů, kontrola promazání a dotažení	vyhovuje
1.3	Kontrola stavu kabeláže, koncovek, ochranných vodičů a pojistek	vyhovuje
1.4	Kontrola signalizace, ovládání a funkce přístroje	vyhovuje
1.5	/	vyhovuje

2. KEZP

Poř. č.	Provedené měření	Naměř. hodnota	stav
2.1	Impedance smyčky	0,8 Ω	vyhovuje
2.2	Izolační odpor	> 50 MΩ	vyhovuje
2.3	Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	vyhovuje
2.4	Vybavovací proud proudového chrániče	< 30 mA	vyhovuje
2.5	Unikající proud	0,42 mA	vyhovuje

3. Poznámky, doporučení, připomínky

je nutno doplnit ochranu zospojováním minimálně s křeslem pacienta

4. Závěr

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví.

Použité měřicí přístroje

PU 170 v.č. 8038819 , PU 184 v.č. 9693401

Datum provedení kontroly:

2.8.2007

kontrolu provedl: Langar Jan

měsíc a rok příští kontroly:

11/07

Fakultní nemocnice Olomouc
 odbor hlavního mechanika
 dispečink oprav
 I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
 tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Jan Langar

 13-08-2007

protokol převzal dne, podpis