



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : CHIRADENT 654 BH  
 Výrobce : CHIRANA  
 Zákazník : FN OLOMOUK, KÚČOCH

Třída, kategorie : 1  
 Výrobní číslo : 1963  
 1012 526

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne  
 Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje  
 Test funkce vyhovuje nevyhovuje  
 Zjištění závady ano ne  
 Popis závad

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m.	Síťová-přístupná část	0,32	1,00 I.tř., 0,50 II.tř.	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,12	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466


Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 25.7.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : Muric

Chironax, spol. s r.o.  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno

-----  
 Muric