

PS 400A Čelistní a obličejová chirurgie FN Olomouc

SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 24.5.07

Číslo šarže:

Výrobní číslo: 46442

Prováděný úkon

Perioda měs.

| Položka | výměna | čištění | mazání | seřízení | kontrola | pozn. | 6 / 12 | |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|---|
| | | | | | | | | |
| Těsnění dveří | | x | | | x | | x | x |
| Bezpečnostní pojistka uzávěru dveří | | | x | | x | | x | x |
| Ochranný spínač uzávěru dveří | | | | | x | | x | x |
| Membrána tlakové pojistky | | | | | x | | x | x |
| Ucpávka čerpadla vyvíječe | | | | | | | | |
| Zpětná klapka čerpadla vody vyvíječe | | | | | | | | |
| Trubkové propojení, armatura | | | | | x | | x | x |
| Vakuüm vývěvy | | | | | x | | x | x |
| Snímače teploty | | | | x | | | x | x |
| Provozní manometry | | | | | x | | x | x |
| Bakteriologický filtr | | | | | | | | x |
| Elektroinstalace - porušení | | | | | x | | | x |
| Odvaděč kondenzátu | | | | | x | | | x |
| Pojistný ventil komory | | | | | x | | x | x |
| Pojistný ventil vyvíječe | | | | | | | | |
| Plovák zásobní nádržky vyvíječe | | | | | | | | |
| Přívzdušnění vývěvy | | | | | x | | | x |
| Kontrolní ventil komory | | | | | x | | x | x |
| Zavzdušňovací ventil | | | | | x | | | x |
| Odkalovací ventil | | | | | | | | |
| Regulační-kompenzační ventil vyvíječe | | | | | | | | |
| Chlazení vývěvy | | | | x | x | | x | x |
| Regulátor tlaku komory | | | | x | | | x | x |
| Časové relé | | | | | x | | x | x |
| Sterilizační cyklus | | | | | x | | x | x |

Odpor ochranného vodiče (ohm) :

$\approx 0,04 \Omega$

Max. 0,1 Ω

x

Izolační odpor (Mohm) :

$> 19,9 M\Omega$

$> 19 M\Omega$

x

Přístroj po prohlídce:

- při používání dle návodu **JE - ~~NENÍ~~** funkční

- při dodržení bezpečnostních předpisů **JE - ~~NENÍ~~** bezpečný

Příští prohlídka: 11/07

Připomínky, doporučení:

Provedl:

Pir Z

Podpis:

[Signature]

SELET

servisní oddělení
Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

SELET - Antonín Pucek,
Žižkov 326, 783 45 SENICE NA HANÉ

IČO: 487 75 550

Tel: 585 947 278, Fax: 585 947 011, e-mail: selet@selet.cz