


**Protokol č. OLM00213 o revizi elektrického spotřebiče, odpojitelného
nebo prodlužovacího přívodu provedené dle ČSN 33 1610**

Název spotřebiče		Inventurní číslo		Výrobce		Rok výroby		Výrobní číslo	
Kontinuální svářečka		eč. DO54544		HAWO GmbH		1999		nezištěno	
Majitel spotřebiče		Typové označení		Un [V]		In [A]		Pn [W]	
FN Olomouc Klinika ústní čelistní a obl.		RS - 120		230		Bez závad		500	
Délka síťového přívodu [m]		Dotykový proud [mA]		Náhradní unikající proud [mA]		Výsledek prohlídky		Termín další kontroly	
0,46		0		---		Bez závad		10/2009	
0,46		---		---		Zkouška chodu		10/2009	
>50		---		---		Bez závad		10/2009	
Proud ochranným vodičem [mA]		Celkové hodnocení		V = vyhovuje		N = nevyhovuje		Zařazení:	
0,07		V		V		V		přenosný spotřebič	
0,07		V		V		V		Kontrolu provedl:	
---		V		V		V		Jméno	
---		V		V		V		Přístroj	
Bez závad		V		V		V		Miroslav	
Bez závad		V		V		V		Machala	
Bez závad		V		V		V		PU 184 delta	
Bez závad		V		V		V		v.č. 105283058	

Svářečka RS-120 ev číslo DO54544 byla shledána bez závad

Zjištěné závady :



APR