

## PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ, TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Přístroj – typ: NSK VIVA MATE III	Výrobní číslo: Sn.: 6000189	Inventární číslo:
Výrobce: NSK	Zdravotnický prostředek třídy: I.	
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc - odd. stom.		

	naměřená hodnota	Vyhovuje	
		ANO	NE
- kontrola poškození krytu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola napájecí části včetně síťového přívodu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola ovládacích prvků		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola čitelnosti popisů		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola stavu elektrického propojení		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola mechanických částí		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola stavu akumulátoru		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- funkční kontrola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
měř.přístroj-HDT 2072 v.č. HD3355657		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem: HDT 2072</b>		<b>kalibrace platná do: 12.12.2006</b>	
-izolační odpor [ $\geq 20M\Omega$ ]		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zemní vodič [ $\leq 0,3\Omega$ ]		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- unikající proud krytem [NP - $\leq 0,1mA$ ; JZ - $\leq 0,5mA$ ]		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Technický stav:

Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Dle zákona č.346/2003 Sb.úplně znění zákona o zdravotnických prostředcích /zák.č.123/2000/ v platném znění §52.

Servisní technik: Smrček Oldřich .....

15.12.2005

Dne: ..... razítko a podpis servisního technika: .....

**Z-Con, s.r.o.**  
612 00 Brno, Herčíkova 10  
IČ: 253 04 461, DIČ: CZ25304461  
Tel./Fax: 541 244 574