

Protokol o provedení periodické prohlídky

Dle §27 a §52, zákona 123 / 2000 Sb. ve znění zákona 130 / 2003.

Narkotizační přístroj : **Ambu mark III.**
 Výrobce : **AMBU** v.č. **209345**
 Inventární číslo :

Fakultní nemocnice Olomouc
 Klinika rehabilitace a TV
 Příloha k výkazu práce č.: .004730

Vzhedová kontrola :	bez závad	bez závad
Kontrola kompletnosti přístroje:	bez závad	
Opravy :		
Kontrola těsnosti :	bez závad	
Opravy :		
Kontrola ventilů :	bez závad	
Opravy :		
Kontrola funkce :	bez závad	
Opravy :		
Uroveň vlastností prověřovaného zdravotnického prostředku vyhovuje technickým předpisům , technickým dokumentům a normám podle nichž byl vyroben.		

Celkové zhodnocení : přístroj vyhovuje dalšímu bezpečnému provozu
 Termín další periodické prohlídky - do 12 měsíců.

Datum : 22.3.2007

Kontrolu provedl : Arnošt Žingor



FORMED spol. s r.o.
 Bludovice 103
 741 01 NOVÝ JIČÍN
 PACOVIŠTĚ RÝŽOVIŠTĚ
 ARNOŠT ŽINGOR
 POLNÍ 86, 793 56 RÝŽOVIŠTĚ