



David Kučera Váhy Olomouc
Dobrovského 31, 772 00 Olomouc tel. fax 58522 78 92

Kalibrační protokol č. 232 /05

Uživatel: FN Olomouc

Typ váhy : elektronická osobní V 516	Horní mez váživosti : max. = 200 kg
Výrobce : UP Olomouc	Dolní mez váživosti : min. = 20 kg
Výrobní č. : 04-1989	Hodnota ověř. dílku : e = 100 g
Třída přesnosti : IIII	Hodnota skut. dílku : d = 100 g

Kalibrace byla provedena podle ČSN EN 45501 + AC. Při kalibraci bylo použito etalonových závaží III. řádu, ověřovací list č. 7053-KL-Z319-05 a etal. závaží IV. řádu ověřovací list 7053-KL-Z414-05, která byla navázána na etalony ČMI II. řádu.

Rohová zkouška : Použité závaží 80 kg

a	b	Odchylka :	a	b	c	d
		Před kalibrací :				
c	d	Po kalibraci :	80,4	80,3	80,3	80,4

Zkouška linearity :

Před kalibrací :			Po kalibraci	
Zatížení kg :	zatěžování :	Odlehčování :	Zatěžování :	Odlehčování :
0			0	0
50			50,3	50,3
100			100,4	100,4
150			150,5	150,5
190			190,7	190,7

Reprodukovatelnost :

č. měření :	naměřená hodnota	č. měření	Naměřená hodnota :
1	190,7	6	
2	190,7	7	
3	190,8	8	
4	190,6	9	
5	190,8	10	

Vyhodnocení :

Váha vyhovuje svými parametry IIII. třídě přesnosti dle ČSN EN 45 501 pro hodnotu ověřovacího dílku 100 g

Kalibrace provedl dne :

David Kučera 30. září 2005

Doporučená doba platnosti :

1. rok

C 1889
UP 1010370

DAVID KUČERA
Dobrovského 31, OLOMOUČ
602 741 404
IČO: 420 10 705, DIČ: CZ6605090877
PRODEJ A SERVIS VÁH