

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/164**

k výkazu práce číslo: 035758

Název přístroje: DS 2	Výrobní číslo : 068	Čís.zák. 618 /208 08		
Výrobce: Vojenský závod Horka, ČSSR	Třída el. bezp. : II.	Typ : BF		
Provozovatel:	adresa : FN Olomouc			
	oddělení: Rehabilitace - lůžka			
1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje				
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou				
P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,0 mA	1 mA	Vyhovuje
1.2.	Sít - příločná část typu F	0,0 mA	0,5 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příločná část	0,142 mA	5 mA	Vyhovuje
Kontrola přechodového odporu				
1.4.	Přístroj + odpojitelný přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje
2. Kontrola funkčních parametrů přístroje				
P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek		
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje		
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje		
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje		
2.4.	Kontrola pacientního kabelu, elektrod a přís.	Vyhovuje		
2.5.	Kontrola nastavení, funkce, ovládání a signalizace	Vyhovuje		
2.6.	Kontrola správné hodnoty výstupního proudu, napětí a tvaru impulsů ve všech režimech	Vyhovuje		
2.7.	Kontrola LCD displej	Vyhovuje		
2.8.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje		
3. Poznámky, připomínky, doporučení				
Doporučuji vyměnit pacientní elektrody. Bez připomínek.				
4. Závěr				
Přístroj SPLŇUJE požadované parametry ve smyslu platných předpisů. SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU .				
Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) : MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M4650CR v.č.711828, Osciloskop V.č.28070426 Měřicí odpory 500 Ω/10W.				
Datum provedení kontroly : 24.7.2008				
Datum příští PBTK do : 7/2009				
Kontrolu provedl Jan Vojkovský odbor hlavního mechanika dispečink oprav (jméno a podpis)				
Protokol převzal P. Pavlů tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529 (datum, jméno a podpis)				

CHIRONAX
FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o.Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek