

**PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE
ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**

podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění §52

Přístroj elektroléčebný: MYOMED	Typ: 432
Výrobní číslo: 13525	Inventární číslo: I017655-000
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc – Klinika rehabilitace a tělovýchovy, odd. 44	

	naměřená hodnota	vyhovuje ANO NE	
1. kontrola poškození krytů	---	☒	☐
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	☒	☐
3. kontrola patientských kabelů, elektrod a návrků	---	☒	☐
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	☒	☐
5. kontrola stavu mechanických částí	---	☒	☐
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	☒	☐
7. kontrola charakteristik výstupních proudů	---	☒	☐
7. kontrola intenzity výstupního proudu při nastavení(5 mA)	4,98 mA	☒	☐
8. kontrola intenzity výstupního proudu při nastavení(20 mA)	19,90 mA	☒	☐
9. funkční kontrola	---	☒	☐
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem MEDITEST 50 v.č. 205 007, kalibrace platná do: 1. 2. 2010			
10. unikající proud přílohná část	0,002 mA	☒	☐
11. unikající proud krytem (NP ≤ 0,1mA; JZ ≤ 0,5 mA)	0,08 mA	☒	☐
12. izolační odpor (> 20MΩ)	>20 MΩ	☒	☐
13. odpor zemnicího vodiče (≤ 0,3 Ω)	0,09 Ω	☒	☐

Stav zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům a dokumentaci podle které byl vyroben, splňuje určený účel použití a je schopen bezpečného provozu.

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 7. 11. 2009
Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura

**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**

Sídlíště Klínky 2458/63, 697 01 Kyjov
tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
IČO: 75770342, DIČ: CZ7607074343

Dne: 7. 11. 2008 razítko a podpis: