

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/169**

k výkazu práce číslo: 035755

Název přístroje: SANOMATIC SX 2	Výrobní číslo : 2092	Čís.zák. 618/208 08
Výrobce : RIDAN, Polsko	Třída el. bezp. : II.	Typ : BF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc oddělení : Rehabilitace – lůžková část	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,0 mA	1 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložená část typu F	0,00mA	0,5 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložená část typu F	0,015mA	5,0 mA	Vyhovuje

Kontrola přechodového odporu

1.4.	Přístroj + přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje
------	-------------------	----------------------	----------------------	----------

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.3.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.4.	Kontrola pacientního kabelu, elektrod a přís.	Vyhovuje
2.5.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Doporučuji výměnu pacientních elektrod. Bez připomínek.

4. Závěr

Přístroj **SPLŇUJE** požadované parametry ve smyslu platných předpisů. **SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M-4650CR v.č. EF 711 828, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Datum provedení kontroly : 24.7.2008

Datum příští PBTK do : 7/2009

Kontrolu provedl : Jan Vojkovský

(jméno a podpis)

Protokol převzal :

(datum, jméno a podpis)

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.Revoluční 1280
738 01 Frýdek-MístekBakulova nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav

I.P. Pavlova 6, 775 01 OLOMOUČ

tel.: 585 448 125 / fax: 585 448 825