

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/162**

k výkazu práce číslo: 035758

Název přístroje: BIOPTON	Výrobní číslo : 50035	Čís.zák.618 /208 08
Výrobce : Bioptron	Třída el. bezp. : II.	Typ : B
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc	
	oddělení : Rehabilitace - lůžka	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	1 mA	Vyhovuje	
1.2.	Síť - příločná část typu F	0,00 mA	0,5 mA	Vyhovuje	
1.3.	Přístupná část - příločná část typu F	0,00 mA	5 mA	Vyhovuje	

Kontrola přechodového odporu

1.4.	Přístroj + odpojitelý přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje	
------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------	--

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Vyhovuje	Nevyhovuje
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje	
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje	
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje	

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Napájecí zdroj Bioptron Typ NIVO typ BN 1 230V/12V.

4. Závěr

Přístroj **SPLŇUJE** požadované parametry ve smyslu platných předpisů. **SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU.**

Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :
MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M-4950CR EF 711828.

Datum provedení kontroly : 24.7.2008

Datum příští PBTK do : 7/2009

Kontrolu provedl : Jan Vojkovský (jméno a podpis)

Protokol převzal : (jméno a podpis)

Fakulta nemocnice Olomouc
Úděl zdravotní mechaniky
(datum, jméno a podpis)
J.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

7.