

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/171**

k výkazu práce číslo: 035755

Název přístroje: DD 6	Výrobní číslo : 8816	Čís.zák. 618/208 08		
Výrobce : RIDAN, Polsko	Třída el. bezp. : II.	Typ : BF		
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc			
	oddělení : Rehabilitace – ambulance			
1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje				
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou				
P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,0 mA	1 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příločná část typu F	0,00mA	0,5 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příločná část typu F	0,015mA	5,0 mA	Vyhovuje
Kontrola přechodového odporu				
1.4.	Přístroj + přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje
2. Kontrola funkčních parametrů přístroje				
P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek		
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje		
2.2.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje		
2.3.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje		
2.4.	Kontrola pacientního kabelu, elektrod a přís.	Vyhovuje		
2.5.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje		
3. Poznámky, připomínky, doporučení				
Doporučují výměnu pacientních elektrod. Bez připomínek.				
4. Závěr				
Přístroj SPLŇUJE požadované parametry ve smyslu platných předpisů. SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU				
Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) : MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M-4650CR v.č. EF 711 828, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426				
Datum provedení kontroly : 24.7.2008		Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6 755 06 OLOMOUČ tel. 588 442 140, fax 588 442 529		
Datum příští PBTK do : 7/2009				
Kontrolu provedl : Jan Vojkovský				
(jméno a podpis)		Protokol převzal		
		(datum, jméno a podpis)		
CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o. Revoluční 1280 738 01 Frýdek-Místek				