

Kontrolní protokol PBTk

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

k výkazu práce číslo: 035757

Název přístroje: DIMAP II- Magnetoterapeutický př.	Výrobní číslo : 216	Čís.zák. 618/208 08
Výrobce : MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o. ČR	Třída el. bezp. : I/II	Typ : BF
Provozovatel :	adresa : Rehabilitace Lenka Marťáková ,1.máje 1383,73802 Frýdek-Místek	
	oddělení : Rehabilitace - elektroléčba	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikačních proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikační proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,42 mA	1,00 mA	Vyhovuje
1.2.	Aplikátorem - Velký solenoid	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.3.	Aplikátorem - Dvojdeka	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.4.	Aplikátorem - Osmiúhelník	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje

Kontrola přechodového odporu

1.5.	Přístroj + přívod	0,07 Ω	0,3 Ω	Vyhovuje
------	-------------------	--------	-------	----------

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Kontrola přístroje-mechanická kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola funkce všech ovládacích prvků	Vyhovuje
2.3.	Kontrola funkce všech zobrazovacích prvků	Vyhovuje
2.4.	Kontrola funkce generátorů A,B ve spojení se všemi aplikátory	Vyhovuje
2.5.	Kontrola aplikátorů	Vyhovuje
2.6.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek.

4. ZávěrPřístroj **SPLŇUJE** požadované parametry ve smyslu platných předpisů. **SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU .****Použité měřicí přístroje přístroje** (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711828, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426.

Datum provedení kontroly : 24.7.2008

Datum příští PBTk do : **7/2009**Kontrolu provedl : **Jan Vojkovský** (jméno a podpis)Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanikaProtokol převzal : **dispenzovaný**
11. Pavlovská třída OLOMOUČ
tel.: 588 442 125, fax: 588 442 529
(datum, jméno a podpis)**CHIRONAX**
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek