

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: EN Olomouc

1017 662

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek: Phyachion 190

Výrobce: Gynna Uniphy

Pasweg Gm

Bilzen, Belgie

Výrobní číslo: 21739

Třída ZP: IIa

Třída ochrany ZP: I

Vizuální kontrola:

Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?

Je kryt přístroje nepoškozen?

Jsou ovládací prvky a světelné kontrolky v pořádku?

Je používáno pouze příslušenství vyjmenované v seznamu pro daný typ přístroje?

Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?

Jsou ultrazvukové hlavice, kabely a konečky nepoškozeny?

(pečlivě zkontrolujte nejsou-li v povrchu hlavic trhlíny)

Jsou etikety na ultrazvukových hlavicích dobře čitelné?

Jsou laserové hlavice, kabely a konečky nepoškozeny?

Funkční přezkoušení:

Proběhne při zapnutí přístroje úspěšně interní test?

Obrazovka nemá žádné defektní body ani linky?

Všechna tlačítka jsou funkční?

Jsou při testu deskové elektrody v pořádku?

Jsou při testu vakuové elektrody v pořádku?

Detekují ultrazvukové hlavice správně kontakt?

Jsou při testu laserové hlavice v pořádku?

Poznámka: UŽV hlavice 1 cm² SW: 20941

4 cm² SW: 21516

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:

odpor ochr. zemnicího vodiče

unikající proud síťová - přístupná část

unikající proud síťová - příločná část

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Naměřená hodnota

0,19 Ω

0,04 mA

0,031 mA

Limit (podle dop. ČES 33.03.95)

≤ 0,2 Ω

≤ 1,0 mA (třída ochrany I)

≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: 6/2008

Datum kontroly: 6.6. 2007

Kontrolu ZP provedl:

Jana V. **Kardio Line** spol. s r.o.

Antonínská 5

602 00 BRNO