Kardio Line spol. s r. o.
Antonínská 5, 602 00 Brno • Tel.: 541 214 456 • Tel./fax: 541 214 441
kardioline@kardioline.cz • http:\\www.kardioline.cz

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: FN Olomouc

IO 1 7663

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek: Physachon 787

Výrobce:	GymnaUniphy N.V.	Výrobní číslo:	25565
	Pasweg 6A, Bilzen	Třída ZP:	IIa
	Belgie	Třída ochrany ZP:	I BF

Vizuální kontrola:	Ano	Ne
Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?	☑	☐
Je kryt přístroje nepoškozen?	☑	☐
Jsou ovládací prvky a světelné kontrolky v pořádku?	☑	☐
Je používáno pouze příslušenství vyjmenované v seznamu pro daný typ přístroje?	☑	☐
Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?	☑	☐
Jsou ultrazvukové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny? (pečlivě zkontrolujte nejsou-li v povrchu hlavic trhliny)	☒	☐
Jsou etikety na ultrazvukových hlavicích dobře čitelné?	☒	☐
Jsou laserové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny?	☒	☐

Funkční přezkoušení:	Ano	Ne
Proběhne při zapnutí přístroje úspěšně interní test?	☑	☐
Obrazovka nemá žádné defektní body ani linky?	☑	☐
Všechna tlačítka jsou funkční?	☑	☐
Jsou při testu deskové elektrody v pořádku?	☑	☐
Jsou při testu vakuové elektrody v pořádku?	☑	☐
Detekují ultrazvukové hlavice správně kontakt?	☒	☐
Jsou při testu laserové hlavice v pořádku?	☒	☐

Poznámka: Doporučuji vyměnit 4 ks deskových elektrod 6+8

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:	Naměřená hodnota		Limit (podle dop. ČES 33.03.95)
odpor ochr. zemnícího vodiče	0,18	Ω	≤ 0,2 Ω
unikající proud síťová - přístupná část	0,03	mA	≤ 1,0 mA (třída ochrany I)
unikající proud síťová - příložná část	0,011	mA	≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: 8/2009

Datum kontroly: 7.8.2008

Kontrolu ZP provedl: Pinek

Kardio Line spol. s r.o. Antonínská 5 602 00 BRNO