

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle §27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění

K výkazu práce číslo: 028741

přístroj	DS-2 – Diagnostický elektrostimulátor	výr.číslo	064
výrobce	Vojenský opravárenský podnik 013,s.p. Horka nad Moravou	třída/typ	II./BF
zákazník	FN Olomouc , rehabilitace	č. zak.	338/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Parametr	Pozice	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/x
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Síť - příložená část	0,010 mA	0,50 mA	✓
	Přístupná část - příložená část	0,142 mA	5,00 mA	✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – mechanická kontrola			✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků			✓
Kontrola průběhů jednotlivých proudů			✓
Kontrola příslušenství			✓
Ověření správné hodnoty výstupního proudu Galvan I, Rz=1K	nastaveno	Naměřeno	tolerance
	20 mA	19,90 mA	
		17,2 .. 22,8mA	✓

Použité přístroje : MEDITEST 50, v.č. 200 350, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz

Poznámka:

✓ - vyhovuje
x - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventární číslo přístroje: I017399-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : **13.4.2007**
Datum příští kontroly : **04/2008**
Kontrolu provedl : **Ištuk Jiří**

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel :558638711,fax:558624970,
e-mail: chironax@chironax.com
http:www.chironax.com

13.4.2007
CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek