

Protokol číslo : **PK08/VJ/172**

k výkazu práce číslo: 035758

Název přístroje: BIOPTON		Výrobní číslo : 50137		Čís.zák.618 /208 08	
Výrobce : Bioptron		Třída el. bezp. : II.		Typ : B	
Provozovatel : adresa : FN Olomouc oddělení : Rehabilitace - ambulance					
1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje					
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou					
P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
1.1.	Sít - přístupná část	0,00 mA	1 mA	Vyhovuje	
1.2.	Sít - příložná část typu F	0,00 mA	0,5 mA	Vyhovuje	
1.3.	Přístupná část - příložná část typu F	0,00 mA	5 mA	Vyhovuje	
Kontrola přechodového odporu					
1.4.	Přístroj + odpojitelný přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje	
2. Kontrola funkčních parametrů přístroje					
P.č.	Popis provedeného úkonu			Vyhovuje	Nevyhovuje
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola			Vyhovuje	
2.2.	Kontrola mechanických částí			Vyhovuje	
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek			Vyhovuje	
3. Poznámky, připomínky, doporučení					
Napajecí zdroj Bioptron Typ NIVO typ BN 1 230V/12V.					
4. Závěr					
Přístroj SPLŇUJE požadované parametry ve smyslu platných předpisů. SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU .					
Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) : MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M-4950CR EF 711828.					
Datum provedení kontroly : 24.7.2008					
Datum příští PBTk do : 7/2009					
Kontrolu provedl : Jan Vojkovský (jméno a podpis)					
Protokol převzal					
CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o. Revoluční 1280 738 01 Frýdek-Místek Kačubův nemocnice Olomouc : odd. hlavního - mechanika (datum: 7. srpna 2009) L.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 123, fax: 588 442 529					