

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění)

Revoluční 1280, 738 01 Frýdek Místek

Protokol číslo : **PK 07/IJ/084** k výkazu práce číslo: 028978

Název přístroje : BIOPTRON 1- Bioptronová lampa Výrobní číslo : 55810 Inv.č. I017071-000  
Výrobce : Bioptron AG , Švýcarsko Třída el. bezp. : II. Typ : B

Provozovatel :  
adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 , Olomouc  
oddělení : Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství-TVL ambulance

### 1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

#### Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

| P.č. | Unikající proud                       | Naměřená hodnota | Přípustná hodnota | Výsledek |
|------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1.1. | Sít' - přístupná část(síťový napáječ) | 0,00 mA          | 0,50 mA           | Vyhovuje |

### 2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

| P.č. | Popis provedeného úkonu                | Výsledek |
|------|----------------------------------------|----------|
| 2.1. | Kontrola přístroje-mechanická kontrola | Vyhovuje |
| 2.2. | Kontrola funkce všech ovládacích prvků | Vyhovuje |
| 2.3. | Kontrola příslušenství                 | Vyhovuje |
| 2.4. | Funkční zkouška dle předpisu výrobce   | Vyhovuje |

### 3. Poznámky, připomínky, doporučení

Přístroj s vnitřním zdrojem a se stanoveným vnějším síťovým napáječem BN 1 230V/50/60Hz 30W ,12VAC

Bez připomínek

### 4. Závěr

**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.**

**Použité měřicí přístroje přístroje** (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Datum provedení kontroly : **22.5.2007**

Datum příští PBTk : **05/2008**

Kontrolu provedl  
(jméno a podpis)

: Jiří Ištuk

.....

Protokol převzal :  
(datum,jméno a podpis)

.....

.....

Revoluční 1280

738 01 Frýdek-Místek

Fakultní nemocnice Olomouc  
oddělení hlavního mechanika

I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ  
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

25.05.2007

.....