

fysiomed CS s.r.o

Konská 453

739 61 Třinec

tel 558 304 773-4

IČO 25378058

Protokol

o provedení bezpečnostně technické prohlídky dle zák 123/2000 v platném znění a zákona 346/2003Sb. Ve smyslu nyníjších i ve znění pozdějších náležitých paragrafů a předpisů jakožto i budoucích novelizací

pořadové číslo : 355

provozovatel zdravotní péče	oddělení	distributor
Fakultní nemocnice Olomouc		DDS Pelhřimov
Olomouc	lékařský obor rehabilitace	Pelhřimov

přístroj : parafínová lázeň

výrobní číslo : nezj

18823

typ : DDS

datum prohlídky : 10.10.2006

rok výroby : nezj

příští prohlídka : periodicky

☒ Bezpečnostně technická prohlídka

U přístroje byla provedena kontrola parametrů dle technické dokumentace a předpisu výrobce

výsledek prohlídky :

Přístroj splňuje požadavky stanovené výrobcem a je schopen dalšího provozu

☒ Elektro revize dle ČSN

Hodnoty elektro revize :

termín příští revize:

X.07

Třída I,II,III B,BF,CF	R ochr. vodiče ohmů	Jmen. napětí V	Izolační odpor Mohmů	Unik. proud přístupná č. mA	Unik. proud příložná č. mA	Unik. proud přístup/přílož mA
I	0,1	230	99	0,04		

výsledek revize:

Vyhovuje

použité přístroje:

MEDATEST 50 v.č.200352 č.kal. listu. 00250/1M50

☒ Zaškolení k obsluze :

☒ Návod k obsluze:

v Třinci

11.10.2006

Daniel Ďurček

prohlídku a revizi provedl : Razítko . Podpis.

fysiomed CS s.r.o
Konská č.p. 453, Třinec 739 61
Tel,Fax: +420 558 304 774
Dič-íco: CZ25378058