

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Jecmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Oddělení:

Geriatric léžkové odd. 46

Umístění spotřebiče: Geriatric léžka 46

Druh spotřebiče: elektrické léžkoNovos

Třída ochrany : II..... I,IIa,IIb,III

Typ/zařazení: B,BF,CF

Výrobce: Linet

Výrobní číslo:

Inv. číslo: I 018989-000

Provozní zkouška: ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....opraveno.....

Přívody:.....vpořádku.....

Stav krytů:.....dobrý.....

Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Příští revize (kontrola):za rok

Datum:30.9.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřícího přístroje: Revex 2051

Výrobní číslo:708 0 136

Typ měřícího přístroje:RM 2050

Výrobní číslo:40 30 274

Typ měřícího přístroje:

Výrobní číslo:

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip = 200 mA).....	Ω	
Odpor ochranného vodiče:	Rp UΔ(Ip = 10 A).....	Ω	
Isolační odpor	R iso (Up= 500V).....	MΩ	100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :	mA	
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :	mA	
Dotykový proud přímá metoda:	mA	
Dotykový proud rozdílová metoda:	mA	
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:	mA	0,004
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:	mA	
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:	mA	
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:	mA	
Napájecí napětí:	mA	230...
Napájecí proud:	V	
Příkon:	A	
cos φ :	W	


Revize el provedena s výsledkem: **BYLA**

PROVEDENA - Vyhovuje

Bezp.tech kontrola provedena s výsledkem:

vyhovuje

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.

Počet vyhotovení: 2

Rozdělovník: 1 x zákazník

1 x revizní technik