

## TECHNICARE CZ, s.r.o.

### Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

<b>Zákazník:</b>	FN Olomouc, geriatric – lůžkové odd. 46
<b>Objednávka:</b>	DIS 080 08 66
<b>Přístroj:</b>	lůžko
<b>Typ:</b>	NOUOS IV
<b>Výr. číslo:</b>	—
<b>Inv. číslo:</b>	I 017 909-000

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
✓	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
✓	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
✓	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

#### Zjištěné závady:

Bez závad.

#### Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče ( $R_{PE}$ ):	— $\Omega$	max. 0,3 $\Omega$
Izolační odpor ( $R_{ISO}$ ):	> 20 M $\Omega$	min. 20 M $\Omega$
Celkový unikající proud ( $I_{SUB}$ ):	Přístupná část:	0,007 mA
	Příložná část:	— mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

#### Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

**Technik:** Ing. Jaroslav Malý

**Provedeno dne:** 10. 6. 2008

**Podpis:**



**Datum příští kontroly:** červen 2009