

TECHNICARE CZ, s.r.o.**Protokol o prověření zdravotnického prostředku**

dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, geriatric – lůžkové odd. 46
Objednávka:	DIS 080 08 66
Přístroj:	lůžko
Typ:	NOVOS IV
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	I 017 910 - 000

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	> 20 $M\Omega$	min. 20 $M\Omega$
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část: 0,007 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část: — mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý**Provedeno dne:** 10. 6. 2008**Podpis:**

Datum příští kontroly: červen 2009