


Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.		Datum: 10,12.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřičho přístroje: Revex 2051 Výrobní číslo: 708 0 136 Typ měřičho přístroje: RM 2050 Výrobní číslo: 40 30 274 Typ měřičho přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Geriatrie		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA)..... Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{U_A(I_p = 10 A)}$ Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,030 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....230,3 Napájecí proud:..... Příkon:..... cos φ :.....			
Umístění spotřebiče:.....lůžkové odd.46 Druh spotřebiče:.....antidekub.matrace GU Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení:..... B,BF,CF Výrobce:..... Výrobní číslo:.....26046 Inv.číslo:.....D 038202-000 Provozní zkouška:.....ano		Stav přístroje: Mechan.poškození:.....opraveno..... Přírody:.....v pořádku..... Stav krytí:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....ne			
Přístří revize (kontrola):za rok		Revize provedena s výsledkem:vyhověl Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem: vyhovuje Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.			
		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			