

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.		Datum:10.12.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřicího přístroje: Revex 2051 Výrobní číslo:708 0 136 Typ měřicího přístroje:RM 2050 Výrobní číslo:40 30 274 Typ měřicího přístroje:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Geriatrie		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p = 200 \text{ mA}$)..... Odpor ochranného vodiče: $R_p \underline{U}_A$ ($I_p = 10 \text{ A}$)..... Isolační odpor R_{iso} ($U_p = 500 \text{ V}$).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,030 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....230,3 Napájecí proud:..... Příkon:..... $\cos \varphi$:.....			
Umístění spotřebiče:.....lůžkové odd.46 Druh spotřebiče:.....antidekub.matrace GV Třída ochrany :.....I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení:.....B,BF,CF Výrobce:..... Výrobní číslo:.....26047 Inv.číslo:.....D 038201-000 Provozní zkouška:.....ano		Revize provedena s výsledkem:vyhověl Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem: vyhovuje			
Stav přístroje: Mechan.poškození:.....opraveno..... Přívody:.....vpořádku..... Stav krytí:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....ne		Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.			
Příští revize (kontrola):za rok		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			

