

I 020291

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník Fakultní Nemocnice Olomouc
Přístroj Pulsní Oxymetr
Typ NPB-190
Výrobní číslo G00820432

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,088 Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor	> 20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,055 mA
	Příložná část	mA


Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ondřej Procházka

Podpis


Technikare, s.r.o.
Horní 261/73, Olomouc
DIČ: CZ26817602 IČ: 26817602

Provedeno dne: 3.4.2008

Datum příští kontroly: 4/2009