

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>gyniologie, odd. 47</i> ✓
Objednávka:	DIS 080 <i>0966</i>
Přístroj:	<i>Ultrason</i>
Typ:	<i>TERMO PUS</i>
Vyr. číslo:	<i>20053056217</i>
Inv. číslo:	<i>I 022883-000</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☑	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☑	☐	Ovládací prvky, signalizace
☑	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R _{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R _{ISO}):	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Celkový unikající proud (I _{SUB}):	Přístupná část:	0,004 mA
	Příložná část:	— mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *20. 5. 08*

Podpis:

Datum příští kontroly: *5/07*

Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní 268/73, 70030, Ostrava
DIČ: CZ26817802 IČ: 26817802