

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>Genitologie, odd. 47</i>
Objednávka:	DIS 080 0866
Přístroj:	<i>Čižeo</i>
Typ:	SHERMAN LX10
Výr. číslo:	0009
Inv. číslo:	I 017 325-000

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	<i>—</i> Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>>20</i> M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část:	<i>0,004</i> mA
	Příložná část:	<i>—</i> mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *30.7.08*

Podpis: *[Signature]*
Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní Žabovřez, 70030, Ostrava
DIČ: CZ26817802 IČ: 26817802

Datum příští kontroly: *7/09*