



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Autorizovaný servis firmy LINET Želevčice

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : LŮŽKO NOVOS IV
Výrobce : LINET ŽELEVČICE
Zákazník : FN OLOMOUČ, odd. GERIATRIE 47

Třída, kategorie : 2
Výrobní číslo : -
IO 17898

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	<u>ano</u>	<u>ne</u>
Popis závad		

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem

el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče			0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466

Podmínky měření : teplota 18-28 °C. U síť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 7.3.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : MURIE

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno