

4/1 40

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, GERIATRIE, odd. 47
Objednávka:	DIS 0800866
Přístroj:	uško
Typ:	NOUOS IV
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	I 017903

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	> 20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část: 0,003 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část: — mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: 30. 5. 09

Podpis:
Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní 266/73, 70030, Ostrava
IČ: CZ228817802 IČ: 26817802

Datum příští kontroly: 5/09