

3/2 18

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku

dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>genit. odd. 47</i>
Objednávka:	DIS 080 <i>08 66</i>
Přístroj:	<i>u280</i>
Typ:	<i>NOVOS 430</i>
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	<i>I 018 990-000</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
<i>✓</i>	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<i>✓</i>	☐	Ovládací prvky, signalizace
<i>✓</i>	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>> 20</i> $M\Omega$	min. 20 $M\Omega$
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část: <i>0,008</i> mA	max. 0,5 mA
	Příložná část: — mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *30. 5. 08*

Podpis: *[Signature]*
 Technicare CZ, s.p. s r.o.
 Horní 266/73, 70030, Ostrava
 DIČ: CZ26617802 IČ: 26617802

Datum příští kontroly: *5/09*