

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 12.12.2006

číslo protokolu: 06014

Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	KARDIOMONITOR	typ	LKM 210
výrobce	TESLA V.M.	rok výroby	1984
klinika	GERIATRIE	oddělení	47
výrobní číslo	840503	inv.číslo	014547

Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK
síťový přívod	ODNIMATELNÝ

Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220V	metoda:	izolační stav-náhradní měření
Pn (W)	30	přímé měření	síťová část
tř.ochrany	II.	unikajících proudů	příložná část
mat.přívodu	CYSY3x0,75		příložná část
délka přívodu	1,5M		přístupná část
			<0,02mA
			<0,01mA

Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 15V	14,3V	14,5-15V
kontrola rychlosti stopy ekg 1 Hz	24cm/s	25cm/s+/-10%
měření tepové frekvence generátorem 1 Hz	.62	60+/-10%
měření amplitudy R-vlny generátorem 1 mV	38mm	30-40mm
kontrola alarmových mezí min/max	3/10s	2-5/8-13s
test pulstachometru stimulačním impulsem	OK	LCO 100

Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	204036	00200/1M50
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	25/2004
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	01/12/04
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

X Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nesplňuje technické parametry dané výrobcem

HRUŠKA ZDENĚK
Výroba, instalace a opravy
el. sítí a přístrojů
Růžová 158, Valašské Meziříčí
IČO: 63686121

Doporučený termín příští kontroly :

XII 07

Vypracoval : Zdeněk Hruška