

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 16.4.2008

číslo protokolu: 08003

Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	DOROZUMÍVACÍ ZARÍŽ	typ	AZD 440
výrobce	TESLA V.M.	rok výroby	1988
klinika	GERIATRIE	oddělení	48
výrobní číslo	880152	inv.číslo	015841

Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK
síťový přívod	OK

Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220V	metoda:	izolační stav-náhradní měření
Pn (W)	100W	přímé	síťová část
tř.ochrany	II.	měření	příložná část <0,02mA
mat.přívodu	2x1,5Cu	unikajících	příložná část
délka přívodu	PEV.INSTA	proudů	přístupná část <0,01mA

Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 24V	23,8V	24V
nastavení úrovně 500mV do sluchátka	500mV	500mV
nastavení úrovně 500mV do reproduktoru	500mV	500mV
nastavení úrovně 1000mV do sluchátka	1030mV	1000mV
nastavení úrovně 1000mV do rep.účastníka	1000mV	1000mV
nastavení generátoru 1kHz	1,010kHz	1kHz

Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	204036	00200/1M50
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	14/2007
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	08/12/07
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

X Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nesplňuje technické parametry dané výrobcem

Doporučený termín příští kontroly :

V.2009

Hruška Zdeněk
výroba, instalace a opravy
el. strojů a přístrojů
Růžová 158, Valašské Meziříčí
Vypracoval: Zdeněk Hruška