

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 12.12.2006

číslo protokolu: 06011

### Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

|               |               |            |         |
|---------------|---------------|------------|---------|
| Název         | KARDIOMONITOR | typ        | LKM 210 |
| výrobce       | TESLA V.M.    | rok výroby | 1984    |
| klinika       | GERIATRIE     | oddělení   | 48      |
| výrobní číslo | 840517        | inv. číslo | 014551  |

#### Vizuální kontrola

|                |             |
|----------------|-------------|
| kryt přístroje | OK          |
| ovládací prvky | OK          |
| síťový přívod  | ODNIMATELNÝ |

#### Bezpečnostní elektrická zkouška

|               |            |                    |                               |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Un (V)        | 220V       | metoda:            | izolační stav-náhradní měření |
| Pn (W)        | 30         | přímé měření       | síťová část                   |
| tř. ochrany   | II.        | unikajících proudů | příložná část                 |
| mat. přívodu  | CYSY3x0,75 |                    | příložná část                 |
| délka přívodu | 1,5M       |                    | přístupná část                |

#### Ověření technických parametrů

|                                          | naměřená hodnota | stanovená hodnota |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| kontrola napájecího zdroje +/- 15V       | 14,8V            | 14,5-15V          |
| kontrola rychlosti stopy ekg 1 Hz        | 26cm/s           | 25cm/s +/- 10%    |
| měření tepové frekvence generátorem 1 Hz | .60              | 60 +/- 10%        |
| měření amplitudy R-vlny generátorem 1 mV | 33mm             | 30-40mm           |
| kontrola alarmových mezí min/max         | 3/9s             | 2-5/8-13s         |
| test pulstachometru stimulačním impulsem | OK               | LCO 100           |

#### Použité měřicí přístroje

| Název                        | Typ         | v.č.      | číslo protokolu |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| kontrolní a revizní přístroj | Meditest 50 | 204036    | 00200/1M50      |
| monitorní tester             | LCO 100     | AD 0704   | 25/2004         |
| digitální multimetr          | HC-M 890 G  | BH142XP04 | 01/12/04        |
| posuvné měřítko              | Somet Inox  | -         |                 |
| stopky                       | Slava       | 178062    |                 |
|                              |             |           |                 |
|                              |             |           |                 |

X Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nesplňuje technické parametry dané výrobcem

**HRUŠKA ZDENĚK**  
Výroba, instalace a opravy  
el. strojů a přístrojů  
Růžová 158, Valašské Meziříčí  
IČO: 63686121

Doporučený termín příští kontroly :

XII 07

Vypracoval : Zdeněk Hruška