



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Autorizovaný servis firmy LINET Želečovice

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : LUŽKO NOVOS IV
Výrobce : LINET ŽELEČOVICE
Zákazník : FN OLOMOUČ, odd. GELIATRIE

Třída, kategorie : 2
Výrobní číslo : 10 178017

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne

Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje

Test funkce vyhovuje nevyhovuje

Zjištění závady ano ne

Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem

el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno:	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m.	Síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř., 0,50 II.tř mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF mA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib. mA
Měření odporu ochranného vodiče	☒		0,3 Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097

, Metex ME-31, v.č. CJ 215466

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Ustř = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 18.3.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : MUDr.

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Mudr.