

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá Ičo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrole) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.		Datum:30.9.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřicího přístroje: Revex 2051 Výrobní číslo:708 0 136 Typ měřicího přístroje:RM 2050 Výrobní číslo:40 30 274 Typ měřicího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Geriatrie lůžkové odd. 48		Měření elektrických bezpečnostních parametrů:			
Umístění spotřebiče:.....Geriatrie lůžka 48 Druh spotřebiče: elektrické lůžkoNovos Třída ochrany :.....II..... I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení:..... B,BF,CF Výrobce:.....Linet Výrobní číslo:..... Inv.číslo:..... I 017897-000 Provozní zkouška:..... ano		Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA)..... Odpor ochranného vodiče: Rp Δ (Ip = 10 A)..... Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,004 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....230... Napájecí proud:..... Příkon:..... cos ϕ :.....		Ω Ω MΩ mA mA mA mA mA mA mA mA V A W	
Stav přístroje: Mechan.poškození:.....opraveno..... Přívody:.....vpořádku..... Stav krytů:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....ne.....		Revize el. provedena s výsledkem: BYLA PROVEDENA -Vyhovuje Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem: vyhovuje		Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.	
Příští revize (kontrola):za rok		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			

