

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá

Ičo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrole) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Datum:30.9.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřicího přístroje: Revex 2051

Výrobní číslo:708 0 136

Typ měřicího přístroje:RM 2050

Výrobní číslo:40 30 274

Typ měřicího přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Oddělení:

Geriatrické lůžkové odd. 48

Umístění spotřebiče:.....Geriatrické lůžko 48

Druh spotřebiče: elektrické lůžkoNovos

Třída ochrany :.....II..... I,IIa,IIb,III

Typ/ zařazení:..... B,BF,CF

Výrobce:.....Linet

Výrobní číslo:.....

Inv.číslo:..... I 017922-000

Provozní zkouška:..... ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....opraveno.....

Přívody:.....vpořádku.....

Stav krytů:.....dobrý.....

Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....
Odpor ochranného vodiče: Rp Δ (Ip = 10 A).....
Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100

Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....

Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....

Dotykový proud přímá metoda:.....

Dotykový proud rozdílová metoda:.....

Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,004

Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí

s pomocným zdrojem:.....

Napájecí napětí:.....230...

Napájecí proud:.....

Příkon:.....


cos ϕ :.....

Ω
 Ω
M Ω
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Revize el. provedena s výsledkem:BYLA

PROVEDENA -Vyhovuje

Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem:
vyhovuje



Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.

Příští revize (kontrola):za rok

Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik