

## Protokol o bezpečnostně-technické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52

Zákazník	Fakultní Nemocnice Olomouc
Přístroj	WARM TOUCH
Typ	
Výrobní číslo	C10404J052

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí

### Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,247 $\Omega$	max. 0,3 $\Omega$
Izolační odpor	>20 M $\Omega$	min. 20 M $\Omega$
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,055 mA
	Příložná část	mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009  
 Ultima Datex v.č. 3595903  
 Timeter v.č. 002514

### Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jan Pasečný  
 Podpis

Provedeno dne: 31.7.2007  
 Datum příští kontroly: 7/2008



Výroba, prodej a opravy lékařské přístrojové  
 techniky a zdravotnických potřeb  
 Na Močárku 19, Ostrava-St. Bělá, 724 00  
 IČ: 67703666, DIČ: CZ7101055577  
 tel.: +420 604 486 960, fax: +420 596 728 055