

08/3632

Název přístroje: **SMT BM 2002** – vysokofrekvenční chirurgický přístroj

Výrobní číslo : EC 347/2006 č.zakázky:1109/2008

Výrobce: Speciální Medicínská Technologie s.r.o. ČR

Třída el. bezp. : II.

Typ : BF

Provozovatel :

adresa : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc

oddělení : traumatologie ambulance

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Sít - příložná část	0,007 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,004 mA	5,00 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Kontrola neporušenosti ovládacích prvků na panelu	Vyhovuje
2.2.	Kontrola stavu konektorů	Vyhovuje
2.3.	Kontrola neutrální elektrody	Vyhovuje
2.4.	Kontrola šňůr s držáky elektrod	Vyhovuje
2.5.	Kontrola nožního spínače	Vyhovuje
2.6.	Kontrola optické a akustické signalizace	Vyhovuje
2.7.	Kontrola výstupního výkonu v jednotlivých režimech	Vyhovuje
2.8.	Kontrola funkce ochrany obsluhy a pacienta	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučeníBez připomínek.
I.č. D060824-000.**4. Závěr****Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.**

Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.259119, analyzér FLUKE Biomedical, typ QA-ES II, v.č.100 36

Datum provedení kontroly : **11.12.2008**Datum příští PBTK : **12/2009**Kontrolu provedl (jméno a podpis) : **Jílka Jaromír Ing.**Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 124, fax: 588 442 330Protokol převzal :
(datum, jméno a podpis)