POLYMED
medicínská technika, s.r.o.

PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE

NEGATOSKOPY

č:

dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.

typ zařízení: NEGA 1z

uživatel zařízení: FN Olomouc

umístění zařízení: Traumatolog. klinika ambulance

v.č.: 030603 typ:

VIZUÁLNÍ KONTROLA

	vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
skříň	ANO		
ovládací prvky (vypínač, regulátor)	ANO		
síťová zásuvka - síťový kabel	ANO		

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

	vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
regulace jasu	ANO		
kontrola homogenity svítivosti	ANO		

ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

třída: E

		kategorie:		vyhovuje	nevyhovuje
přechodový odpor Rp:		0,08	Ω	ANO	
isolační odpor Ri:		>20	MΩ	ANO	
unikající proud:	krytem	0,75	mA	ANO	
/přístupná část/	do země	0,75	mA	ANO	
unikající proud: /příložná část/			mA		

měřící přístroj : MEDITEST v.č.: 200276

VÝSLEDEK KONTROLY

ANO ✓	**Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta. DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI ZA 12 MĚSÍCŮ.** 7/07
~~NE~~	**Přístroj NEVYHOVUJE viz. příloha**

datum: 11. 7. 2001 podpis

razítko: POLYMED medicínská technika s.r.o. P. Jilemnického 197 tel./fax: 495 211 387 503 01 Hradec Králové 16

Kontakt: tel. : 495 220 206
mobil: 776 224 340
e-mail: polymed@polymed.cz