

I 017073

MEDIPO - ZT s.r.o.

Č L E N A S O C I A C E V Ý R O B C Ů A D O D A V A T E L Ů
Z D R A V O T N I C K Ý C H P R O S T Ř E D K Ů

zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

sídlo :

Kohoutova 24 , 613 00 Brno

tel./fax: +420 548 525 348

e-mail: medipo-zt@volny.cz

www: http://www.medipo.cz

Slaměnickova 23, 614 00 Brno

tel./fax: +420 545 210 119

pracoviště :

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 85/05

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK:

INFÚZNÍ PUMPA IT 1010 / výrobce MEDIPO-EM, spol.s r.o. / v.č.072,

zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

SERVISNÍ ZÁSAH – STRUČNÝ POPIS OPRAVY:

Výměna akumulátoru. Výměna síťové průchodky. Vyčistění a promazání čerpací jednotky..
Nastavení tlaku čerpací jednotky. Kontrola funkčních parametrů a elektrické bezpečnosti.

KONTROLA PŘESNOSTI DÁVKOVÁNÍ

rychlost [ml/hod]	nastavená dávka [ml]	konečná dávka [ml]	chyba [%]	poznámka
800	100	101	+1	
600	100	102	+2	
400	100	100	0	
200	100	103	+3	
100	50	52	+4	
50	25	26	+4	

maximální tlak čerpací jednotky: 300 [kPa]

příkon: 15,3 [VA] třída ochrany II

unikající proud: 3 [μA] měřeno-MEDITEST 50.v.č.200193

Výsledek měření:

podle § 52 a §27, zákona 346/2003 Sb.

JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

Použité normy: ČSN EN 60 601-1
ČSN EN 60601-2-24

Doporučení ČES 33.03.95
Podniková norma PN 010

MĚŘENÍ PROVEDL: Libor Hruška /

Datum: 30.9.2005

vz. / 17

MEDIPO - ZT s.r.o.

Č L E N A S O C I A C E V Ý R O B C Ů A D O D A V A T E L Ů
Z D R A V O T N I C K Ý C H P R O S T Ř E D K Ů

zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

sídlo :

Kohoutova 24 , 613 00 Brno
tel./fax: +420 548 525 348
e-mail: medipo-zt@volny.cz
www: <http://www.medipo.cz>
Slaměnikova 23, 614 00 Brno
tel./fax: +420 545 210 119

pracoviště :

Prohlášení o technické způsobilosti, provozuschopnosti a bezpečnosti zdravotnického prostředku podle § 52 a §27, zákona 346/2003 Sb.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK:

INFÚZNÍ PUMPA IT 1010 výrobce MEDIPO-EM, spol.s r.o. / v.č.072

MEDICÍNSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Výsledek prověření stavu zdravotnického prostředku:

Prověřovaný zdravotnický prostředek, Infúzní pumpa IT 1010, v.č. 072
zařazený dle NV 336/2004 Sb.do klasifikační třídy II.b, je podle § 52, odst.4
zákonu 346/2003 Sb.

provozuschopný a bezpečný a splňuje medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem

Prohlášení je vydáno na základě výsledků profylaktické prohlídky a kontroly elektrické bezpečnosti uvedených ve zkušebním protokolu č. 85/05 (viz. příloha).


Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku:

9/2006

MEDIPO-ZT, s.r.o. je registrovanou právnickou osobou č. 13314D1/01 dle zákona 346/2003 Sb. a zajišťuje autorizovaný servis dle § 27 a § 28 téhož zákona na všechny svoje výrobky a výrobky MEDIPO EM, spol. s r.o.

Podle § 52 odst.4, a odst.6, téhož zákona je oprávněna provádět prověření stavu těchto zdravotnických prostředků.

V Brně dne: 30.9.2005


Ing. Lubomír Podhorský
jednatel

Příloha: Zkušební protokol č.85/05

137/05

MEDIPO - ZT s.r.o.

Č L E N A S O C I A C E V Ý R O B C Ů A D O D A V A T E L Ů
Z D R A V O T N I C K Ý C H P R O S T Ř E D K Ů

98892

zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

sídlo : Kohoutova 24 , 613 00 Brno

tel./fax: +420 548 525 348

e-mail: medipo-zt@volny.cz

www: http://www.medipo.cz

pracoviště : Slaměnickova 23, 614 00 Brno

tel./fax: +420 545 210 119

OND 16624
DO 8443

Pracovní výkaz

85/05

Adresa zákazníka: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Druh práce: Profylaktická prohlídka

TYP VÝROBKU: IT 1010

VÝROBNÍ ČÍSLO: 072

jméno technika	datum	poč.hod.	podpis technika	
Oldřich Procházka	26.9.05	1	<i>Oldřich Procházka</i>	340,-
Jiří Podhorský	26.9.05	2	<i>Jiří Podhorský</i>	680,-

Stručný popis prací:

Výměna akumulátoru. Výměna síťové průchodky. Vyčistění a promazání čerpací jednotky..
Nastavení tlaku čerpací jednotky. Kontrola funkčních parametrů a elektrické bezpečnosti.

Použitý materiál:

pol.	název	ks	Kč/ks	celkem Kč
1	Akumulátor 12V 2Ah	1	2600	2600,-
2	Síťová průchodka	1	28	28,-
3				
4				
5				
6				

Zákazník potvrzuje, že údaje uvedené v tomto výkazu odpovídají skutečnosti.

3648,-

Datum, razítko a podpis zákazníka

Cestovní náklady:

		sazba	celkem Kč
7	vzdálenost v km		
8	Nocležné		
9	součet pol. 1-8		