

Protokol

o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP)
 dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: 701 757 / 1	Třída ZP: II b
Poskytovatel: Fakultní nem. Olomouc	Oddělení: Hemato-onkolog. klinika
Typ ZP: Pulsní Oxymetr KTPS-01	Výrobní číslo: PF502544
Provozní hodiny: /	Evidenční číslo: 131

V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: I.	Odpor ochranného vodiče: hliník-plast -	
Druh síťového přívodu: pohybliv - odpojitelný	Izolační odpor: > 19,99 MΩ	✓
Délka síťového přívodu: 2,5 m	Únikový proud: 0,00 mA	✓

Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrilátor analyzátor QA-45 Mk II	4795	Meditest 50 / Revex S1		✓
Ventilátor Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO ₂ DAEG	21579	✓

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Odpovídá TP výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

	ANO	NE
Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	✓	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	✓	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	✓	
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	✓	

Hodnocení stavu ZP: Vyhovuje TP výrobce.

Termín příští kontroly ZP: 6/2008

v: Plzeň

Dne: 6.6. 2007

Předal: KOHOUT
 (Jméno, podpis, razítko)

Převzal:
 (Jméno, podpis, razítko)

CHEIRÓN a.s.
 Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
 Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň
 Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435
 IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987