



Protokol o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: 900846	Třída ZP: IIB
Poskytovatel: Fakultní nemocnice Olomouc	Oddělení: Hemato-onkologie ambulance
Typ ZP: Oxymetr pulsní KTPS-01	Výrobní číslo: PF502544
Provozní hodiny: -	Evidenční číslo:

V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: -	Zdroj: Odpor ochranného vodiče: -	V
Druh síťového přívodu: -	Zdroj: Izolační odpor: -	V
Délka síťového přívodu: -	Zdroj: Únikový proud: -	V

Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrillator analyzér QA-45 Mk II	4795	Meditest 50 / Revex 51		
Ventilátor Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO ₂ DAEG	21579	V

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Dle předpisů výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

	ANO	NE
Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	V	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	V	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	V	
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	V	

Hodnocení stavu ZP: Vyhovuje předpisům výrobce a je pro další použití bezpečný.

Termín příští kontroly ZP: 11/2009

V: Plzni	Dne: 20. 11 2008
Předal: Petr Vokoušek (Jméno, podpis, razítko) CHEIRÓN a.s. sídlo: Jirychova 2260/13, 162 00 Praha 6 provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Píseň tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435 IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987	Převzal: (Jméno, podpis, razítko) Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav L.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 585 443 124, fax: 585 442 529