

Název zdravotnického prostředku:
Typ:

Lineární dávkovač
ALARIS GH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/N (výrobní číslo): 800255354

Invent. č. C006099 - 000

A. Vizuální kontrola

☒ Nepoškozen ☐ Poškozen

B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Alaris , 1000SM00001)

Pol.	Název testu	Postup str. 31	Výsledek testu
1.	SW verze	code 123	2.3.6
2.	Provozní hodiny	code 376	1 322
3.	Servisní datum	code 376	15. 2. 2009
4.	Autotest		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
5.	Kontrola interního akumulátoru		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.	Self-test	code 123	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.1	Test senzoru		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.2	Test optických a akustických alarmů		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.3	NEOL, KVO		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.	Funkce okluze		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
8.	Lineární přesnost		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
9.	Kontrola senzorů a alarmů v pracovním režimu		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
10.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
10.1	Test vyrovnání potenciálu	kapitola 18	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
10.2	Test trvale unikajících proudů a pomocných proudů pacientem	kapitola 19	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů

☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:

E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola II / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 15. 2. 2008

Podpis:

MSM, spol. s r. o.
Dílnice Medical Instruments
- P.O. Box 120, Křovice-Příbram
201 81 Příbram

PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.

Měření elektrické bezpečnosti:

**** SEAWARD RIGEL 266 ****

Appliance Number

Asena GH SN 800255354

Date

15. 2. 2008

User

FN Olomouc – hematooklogie, odd. 5B

Class: I, Type CF

EARTH (IA)
00.08 OHM

INS (500V) - EUT
99.99 MEG

EARTH LEAKAGE
1. (N) <0.040 mA
2. (R) <0.040 mA
SF: Neutral Open
3. (N) 0.057 mA
4. (R) 0.057 mA

ENCLOSURE LEAKAGE
1. (N) <0.040 mA
2. (R) <0.040 mA
SF: Neutral Open
3. (N) <0.040 mA
4. (R) <0.040 mA
SF: Earth Open
5. (N) 0.047 mA
6. (R) 0.047 mA

Status PASS

Signature

Hoškova

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Obsah tohoto protokolu je důležitým vlastním výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.