

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník FN Olomouc Hem. - Onk. kl. – Transp.
Přístroj Pulsní oxymetr
Typ NPB-40
Výrobní číslo G04820992 (D055136)

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☑	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☑	☐	Ovládací prvky, signalizace
☑	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit	
Odpor ochranného vodiče	Ω	max. 0,3 Ω	
Izolační odpor	M Ω	min. 20 M Ω	
Celkový unikající proud	Přístupná část	mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Jan Pasečný

Podpis

Provedeno dne: 15.3.2007

Datum příští kontroly: 3/2008


Jan PASEČNÝ
zdravotnická technika
Na Močárku 19, 724 00 Ostrava - St. Bělá
IČ: 677 03 666, DIČ: CZ7101055577
tel.: +420 604 486 960