


Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	---------------------------------	------------

Název přístroje:	Čerpadlo PCD 81		
Výrobní číslo:	201/98	Umístění / číslo dveří:	A_Q201540
Evidenční/pořadové číslo:		Uvedení do provozu:	1997
Servisní firma / technik:	Dispečink oprav FNO	telefon:	588 444 311
Odpovědná osoba:	Vojtěch Bekárek		

Přístroj slouží k okružnému čerpání chladicí kapaliny. Funkčnost přístroje je ověřována zaškoleným pracovníkem při analýzách. Přístroj je funkční jestliže chladicí kapalina proudí po zapnutí.

Osoba odpovědná za provozování zařízení a uživatel, který je oprávněn se zařízením pracovat, provádí do provozního deníku záznamy o následujících skutečnostech a úkonech:

- záznam o seznámení uživatelů s obsluhou přístroje (jméno školitele, jeho podpis, datum školení, jména školených, jejich podpisy) (odpovídá odpovědná osoba),
- záznamy o poruchách, datum nahlášení poruchy komu a kým byla nahlášena (zapisuje uživatel).
- záznamy o uvolnění do provozu po servisním zásahu a validaci (záznam provozuschopnosti provede servisní technik nebo odpovědná osoba)
- interval validace: validace se neprovádí
- záznam o údržbě přístroje (zapisuje uživatel)


Datum	Popis činností	Jméno a podpis
2. 9. 2002	zkouška na funkčnost uvolnění do provozu	BEKÁREK 

Záznam o seznámení s přístrojem

Zařízení smějí používat a pracovat s ním dále uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že byli řádně zaškoleni a poučeni a mají teoretické i praktické znalosti v ovládnání zařízení.

Jméno, příjmení	Datum	Podpis	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
LUCIE KOWALCZUKOVA	12.9.2007	Kowalczuk			
JAROSLAV ŠEVČEK	12.9.07	Ševček			
IDA	12.9.07	IDA			
LENA KITTOVA	4.2.18	Kittova			

Obsah školení: spuštění přístroje, provádění záznamů do provozního deníku přístroje, zjišťování nefunkčnosti přístroje

Školitel, jméno, příjmení:	Podpis	Datum školení:
BEKAPEK VRTIČEK		12.9.2007