

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	<b>Provozní deník přístroje</b>	Úsek: LDMP
---	---------------------------------	------------

<b>Název přístroje:</b>	<b>Radiodetektor Packard model C 150 F01</b>		
Výrobní číslo:	SIN 420332	Umístění / číslo dveří:	A_Q 201550
Evidenční/řádkové číslo:	I018810 000	Uvedení do provozu:	1999
Servisní firma / technik:	Dispečink oprav FNO	telefon:	588 444 311
Odpovědná osoba:	Eva Hlídková		

**Radiodetektor** je používán pro měření na výzkumných úkolech. Funkčnost přístroje je kontrolována pravidelným zařazováním kontrolního vzorku do sekvence analýz a jeho vyhodnocením.

Osoba odpovědná za provozování zařízení a uživatel, který je oprávněn se zařízením pracovat, provádí do provozního deníku záznamy o následujících skutečnostech a úkonech:

- záznam o seznámení uživatelů s obsluhou přístroje (jméno školitele, jeho podpis, datum školení, jména školených, jejich podpisy) (odpovídá odpovědná osoba),
- záznamy o poruchách, datum nahlášení poruchy komu a kým byla nahlášena (zapisuje uživatel).
- záznamy o uvolnění do provozu po servisním zásahu a validaci (záznam provozuschopnosti provede servisní technik nebo odpovědná osoba)
- interval validace: validace se neprovádí

Datum	Popis činností	Jméno a podpis
7.7.07	Uvedení do provozu	Hlídková

**Záznam o seznámení s přístrojem**

Zařízení smějí používat a pracovat s ním dále uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že byli řádně zaškoleni a poučeni a mají teoretické i praktické znalosti v ovládání zařízení.

Jméno, příjmení	Datum	Podpis	Jméno, příjmení	Datum	Podpis

**Obsah školení:**

- Postup práce s Radiodetektořem, zjišťování nefunkčnosti přístroje, provádění záznamů do provozního deníku přístroje
- Čištění a údržba přístroje

Školitel, jméno, příjmení:	Podpis	Datum školení:
<i>EVA HLÍDŘOVÁ</i>	<i>[Podpis]</i>	