

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	---------------------------------	------------

Název přístroje:	WERNER – reverse osmose		
Výrobní číslo:	RO3 PLUS	Umístění / číslo dveří:	A_Q201270
Evidenční/pořadové číslo:	Uvedení do provozu:		1997
Servisní firma / technik:	Dispečink oprav FNO	telefon:	588 444 311
Odpovědná osoba:	David Friedecký		

Přístroj slouží k demineralizaci vody z vodovodního řádu. Funkčnost přístroje je ověřována zaškoleným pracovníkem. Přístroj je funkční jestliže hodnoty vodivosti nepřesahují 10 uSi/cm

Osoba odpovědná za provozování zařízení a uživatel, který je oprávněn se zařízením pracovat, provádí do provozního deníku záznamy o následujících skutečnostech a úkonech:

- záznam o seznámení uživatelů s obsluhou přístroje (jméno školitele, jeho podpis, datum školení, jména školených, jejich podpisy) (odpovídá odpovědná osoba),
- záznamy o poruchách, datum nahlášení poruchy komu a kým byla nahlášena (zapisuje uživatel).
- záznamy o uvolnění do provozu po servisním zásahu a validaci (záznam provozuschopnosti provede servisní technik nebo odpovědná osoba)
- interval validace: validace se neprovádí

Vedení záznamu o filtračním přístroji WERNER – reverse osmose

Záznamy o měření: Odečet vodivostiměru se provádí v průběhu filtrace vody. Patrony se vyměňují, přesáhne – li hodnota vodivosti 10 mikrosiemens.

Záznam o provedení vnitřní validace přístroje: po výměně patron se zapne vodivostiměr. Při správné funkci musí vodivostiměr ukazovat vodivost v intervalu 0.0 – 0.1 mikrosiemens.

Kolona „Provedená akce“ se zapisuje pouze v případě servisního zásahu (např. odvodušnění, výměna patron, vnitřní validace, oprava a podobně).

DATUM	VODIVOST (uS)	Provedená akce	KDO PROVEDL	PODPIS
1.4.2007	-	VÝMĚNA PATRON	David Friedecký	[Podpis]
1.9.2008	-	VYČIŠTĚNÍ RO PUMPY	David Friedecký	[Podpis]
1.9.2009	-	VÝMĚNA OSMOZT PATRON	David Friedecký	[Podpis]

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	--------------------------	------------

Záznam o seznámení s přístrojem

Zařízení smějí používat a pracovat s ním dále uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že byli řádně zaškoleni a poučeni a mají teoretické i praktické znalosti v ovládnání zařízení.

Jméno, příjmení	Datum	Podpis
JANA KUBIČKOVÁ	9.4.07	Kubičková
J. PEVČKOVÁ	9.7.07	Pevčková
ADAM	9.7.07	Adam
E. HLAVČOVÁ	9.7.07	Hlavčová
B. KAŘEK	9.7.07	Kařek
V. ŠTĚPÁNKOVÁ	9.7.07	Štěpánková
J. ŠAMLOVÁ	9.7.07	Šamlová
HANA KRÁTSCHTEROVÁ	9.7.07	Kratschterová
Š. ŠKOVÁ	9.7.07	Š. Šková
LUCIE KOVÁLEČKOVÁ	9.4.07	Koválečková

Jméno, příjmení	Datum	Podpis
M. PROUBALOVÁ	8.10.07	Proubalová
LENA KITTOVÁ	4.2.08	Kittová

Obsah školení: spuštění přístroje, dávkování vzorků, provádění záznamů do provozního deníku přístroje, zjišťování nefunkčnosti přístroje

Školitel, jméno, příjmení:	Podpis	Datum školení:
DAVID FILIPEČEK	Filipeček	9.7.2007