

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	---------------------------------	------------

Název přístroje:	Sušička <i>HS 122 A</i>		
Výrobní číslo:	88075	Umístění / číslo dveří:	A_Q201280
Evidenční/pořadové číslo:	1016019	Uvedení do provozu:	03/2003
Servisní firma / technik:	Dispečink oprav	telefon:	588 444 311
Odpovědná osoba:	Vojtěch Bekárek		

Zařízení je určeno pro sušení laboratorního skla. Zařízení je funkční jestliže dochází po spuštění k cirkulaci vzduchu vnitřním prostorem zařízení a k ohřevu téhož. Sledování i nastavení teploty a objemu cirkulovaného vzduchu je pouze orientační a teplota není monitorována.

Osoba odpovědná za provozování zařízení a uživatel, který je oprávněn se zařízením pracovat, provádí do provozního deníku záznamy o následujících skutečnostech a úkonech:

- záznam o seznámení uživatelů s obsluhou (jméno školitele, jeho podpis, datum školení, jména školených, jejich podpisy) (odpovídá odpovědná osoba),
- záznamy o poruchách (o zjištění nefunkčnosti), datum nahlášení poruchy (nefunkčnost) komu a kým byla nahlášena (zapisuje uživatel).
- záznamy o uvolnění do provozu po servisním zásahu (zapisuje odpovědná osoba, pokud záznam není uveden ve výkazu).

Datum	Popis činností	Jméno a podpis
<i>7/7/07</i>	<i>uvolněno do provozu</i>	<i>P. Fialová</i> <i>P-J</i>

Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie	Provozní deník přístroje	Úsek: LDMP
---	--------------------------	------------

Jméno, příjmení	Datum	Podpis	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
KVAPILOVÁ MILUŠA	4.9.2007	<i>Kvapilová Miluša</i>			
<i>Bečková J.</i>	4.9.07	<i>Bečková</i>			
<i>MONIKA VROVADLOVÁ</i>	8.9.07	<i>Vrovadlová</i>			
<i>LEUKA KITZOVÁ</i>	4.9.07	<i>Leuková</i>			

Obsah školení:		
<ul style="list-style-type: none"> - Postup práce se sušičkou, zjišťování nefunkčnosti přístroje, provádění záznamů do provozního deníku přístroje - Čištění a údržba. 		
Školitel, jméno, příjmení:	Podpis	Datum školení:
<i>BEKAREK</i>	<i>[Signature]</i>	<i>4.9.2007</i>